

# 認定範囲

(試験区分)

認定番号 VLAC-015

有効期限 2017年9月7日

[試験所(申請者/法人名)]

株式会社アイピーエス

[試験場]

新横浜安全センター

[試験場所在地]

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

[認定試験区分]

製品安全規格に基づく医用電気機器試験

IEC 60601-1 シリーズ IEC 60601-2 シリーズ

ISO 80601-2 シリーズ

EN 60601 シリーズ EN 60601-2 シリーズ EN ISO 80601-2 シリーズ

JIS T0601-1 シリーズ JIS T0601-2 シリーズ

JIS T80601-2 シリーズ

IEC 62366\* EN 62366\*  
IEC 62304\* EN 62304\* JIS T 2304\*

\* 2016年9月13日追加

株式会社 電磁環境試験所認定センター

# 認定範囲

(試験規格)

認定番号 VLAC-015

有効期限 2017年9月7日

[試験所 (申請者/法人名)]

株式会社アイピーエス

[試験場]

新横浜安全センター

[試験場所在地]

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

## 認定試験規格

医用電気機器

IEC 60601-1	EN 60601-1	JIS T0601-1
IEC 60601-2-2	EN 60601-2-2	JIS T0601-2-2
IEC 60601-1-6*	EN 60601-1-6*	
IEC 60601-1-8*	EN 60601-1-8*	JIS T60601-1-8*
IEC 62366*	EN 62366*	
IEC 62304*	EN 62304*	JIS T 2304*

\* 2016年9月13日追加

以下は通則と同一内容の項目のみ対象

IEC 60601-1-11	EN 60601-1-11	
IEC 60601-1-12	EN 60601-1-12	
IEC 60601-2-4	EN 60601-2-4	
IEC 60601-2-10	EN 60601-2-10	JIS T0601-2-10
IEC 60601-2-18	EN 60601-2-18	JIS T0601-2-18
IEC 60601-2-25		JIS T0601-2-25
IEC 60601-2-26	EN 60601-2-26	
IEC 60601-2-27	EN 60601-2-27	
IEC 60601-2-30	EN 60601-2-30	JIS T1115
IEC 60601-2-34	EN 60601-2-34	JIS T0601-2-34
IEC 60601-2-37	EN 60601-2-37	JIS T0601-2-37
IEC 60601-2-40	EN 60601-2-40	JIS T0601-2-40
IEC 60601-2-47	EN 60601-2-47	
IEC 60601-2-49		

<b>IEC 60601-2-52</b>	<b>EN 60601-2-52</b>	<b>JIS T9205</b> <b>JIS T9254*</b>
<b>IEC 60601-2-66</b>	<b>EN 60601-2-66</b>	<b>JIS T0601-2-66</b>
<b>IEC 80601-2-30</b>	<b>EN 80601-2-30</b>	
<b>ISO 80601-2-55</b>	<b>EN ISO 80601-2-55</b>	<b>JIS T80601-2-55</b>
<b>ISO 80601-2-56</b>	<b>EN ISO 80601-2-56</b>	
<b>ISO 80601-2-61</b>	<b>EN ISO 80601-2-61</b>	<b>JIS T80601-2-61</b>

\* 2016年9月13日追加

株式会社 電磁環境試験所認定センター